別冊

（付属書１－１）

機材仕様書

案件名: 国際緊急援助隊医療チーム携行資機材（ベッドサイドモニター）

標記に関し、購入する品目、仕様、数量、納入条件等は下記のとおりとする。

記

1　機材品目: 付属書１－２「機材仕様明細書」に示すとおり。

2　納入条件:

(1) 価　　格　本邦指定場所渡し（国内納品用梱包等経費含む）の価格の総額

(2) 納入場所　国際緊急援助隊用倉庫（千葉県成田市東和泉字境前443-50）

(3) 納入期限　平成25年5月31日

(4) 梱　　包　国内納品用梱包。
梱包の仕様は付属書２「梱包条件書」に示すとおり。

(5) 電　　源　日本国内仕様でよい。

(6) 銘　　板：英文品名、製造番号、製造年月日、使用電圧等を記載した銘板を取り付けること。

(7) 輸出許可：受注者は、納入する機材に関して、輸出貿易管理令及び輸出に関するその他法令により輸出申告書類として必要な許可書及び証明書の取得を要するか否かを確認し、機構に対して所定の様式（契約締結後配布）及びメーカー・代理店の該非判定書またはパラメータシートにより報告する。

(8) 提出資料：取扱説明書（和文、英文）各1部（同梱用）。英文は提出可能なもののみ。

3　検　　査：

(1)納品検査　納入前に機構の指名する立会検査員が受注者立会のもとで、品目、規格、性能及び数量等の検査を実施する。

(2)検査の判定　上記検査の結果、納入された機材が「機材仕様明細書」及び「梱包条件書」の内容を満たしていないと判断された場合、機構はその理由を明らかにして、当該機材の代替品の納入を求め再度検査を行う。再検査を含め、検査の実施は納入期限内に完了すること。

4　特記事項：

(1) 据付技師の海外派遣：不要

(2) すべてメーカーの純正品かつ新品未使用品とし、中古品の納入は認めない。

(3) 米国の再輸出規制に該当しないことを確認すること。該当することが判明した場合は、関連情報を提供すること。

以上

機材仕様明細書

案件名：国際緊急援助隊医療チーム携行資機材（ベッドサイドモニター）の購入

No	機　材　名	仕　様	メーカー名	数量
1	ベッドサイドモニター	（仕様）用途：患者監視用		
	Bed Side Monitor	形式：可搬型		
		観測項目：心電図、呼吸、非観血血圧、SpO2、		
		体温、STを含む		
		心電図：ﾘｰﾄﾞ線；3電極を含む		
		心拍数計測範囲；0,15bpm～300bpm		
		呼吸：測定方法；ｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ方式		
		非観血血圧：		
		測定方式；ｵｼﾛﾒﾄﾘｯｸ方式		
		測定範囲；		
		0mmHg～300mmHg		
		SpO2測定：ﾊﾟﾙｽｵｷｼﾄﾘｰ方式		
		体温測定：ｻｰﾐｽﾀﾌﾟﾛｰﾌﾞ		
		不整脈検出：分析方法；ﾏﾙﾁﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄﾏｯﾁﾝｸﾞ		
		ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ：		
		画面；TFTｶﾗｰLCD（ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ、10.4ｲﾝﾁ）		
		波形項目；心電図、呼吸曲線、脈波		
		数値項目；心拍数、呼吸数、VPC数、体温、		
		非観血血圧（最高､最低､平均）、脈拍数		
		波形ﾄﾚｰｽ：最大4ﾄﾚｰｽ		
		ﾌﾟﾘﾝﾀｰ：熱転写式（内蔵）		
		警報：各項目の異常に対する点滅・音声による警報		

機材仕様明細書

案件名：国際緊急援助隊医療チーム携行資機材（ベッドサイドモニター）の購入

No	機　材　名	仕　様	メーカー名	数量
		電源：2方式		
		AC100～240V　50／60Hz　単相及び充電池		
		付属品：心電図接続ｹｰﾌﾞﾙ（1ｾｯﾄ／式）、		
		ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ電極（300枚／式）、		
		SpO2ｾﾝｻｰ(ｹｰﾌﾞﾙ付、1ｾｯﾄ／式）、		
		呼吸ｾﾝｻｰ(ｹｰﾌﾞﾙ付、1ｾｯﾄ／式）、		
		成人用血圧測定用ﾁｭｰﾌﾞ(ｶﾌ付、1ｾｯﾄ／式）、		
		小児用血圧測定用ﾁｭｰﾌﾞ(ｶﾌ付、1ｾｯﾄ／式）、		
		充電池（1式／式）、		
		記録紙（10冊／式）、標準付属品（1式／式）		
		和文取扱説明書（1部／式）		
		（備考）高度管理医療機器／特定保守管理医療機器		
		日本光電　型式　PVM2701		
		[構成]		
		PVM-2701	日本光電	2
		標準付属品：		
		標準付属品（1式／式）		
		英文取扱説明書（1部／式）		
		英文ｻｰﾋﾞｽﾏﾆｭｱﾙ（1部／式）		

機材仕様明細書

案件名：国際緊急援助隊医療チーム携行資機材（ベッドサイドモニター）の購入

No	機　材　名	仕　様	メーカー名	数量
		電源ｺｰﾄﾞ（100V及び200V用、各1本／式）		2
		WS-201P　ﾚｺｰﾀﾞｰﾓｼﾞｭｰﾙ		2
		特別付属品：		
		ｱｸｾｻﾘｰｷｯﾄ		2
		（内訳）		
		BR-903P　電極ﾘｰﾄﾞ（3ﾘｰﾄﾞ式、1式／式）		
		JC-906P　ECGｹｰﾌﾞﾙ（1式／式）		
		L-150　ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ電極（成人用、150枚／式）		
		JL-900P　SpO2測定ｹｰﾌﾞﾙ（1本／式）		
		TL-201T　SpO2指ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（成人用、1式／式）		
		YN-901P　ｴｱｰﾎｰｽ（成人および小児用／3.5m、1本／式）		
		YP-964T　血圧測定用ｶﾌ（成人用、1式／式）		
		SB-201P　ﾊﾞｯﾃﾘｰﾊﾟｯｸ（1式／式）		
		TL-220T SpO2ﾏﾙﾁｻｲﾄﾌﾟﾛｰﾌﾞ		2
		409J　温度ﾌﾟﾛｰﾌﾞ（ﾃﾞｨｽｸﾀｲﾌﾟ）		2
		L-150　ﾃﾞｨｽﾎﾟｰｻﾞﾌﾞﾙ電極（成人用、150枚／式）		2
		FQW50-2-100　記録紙（折畳みﾀｲﾌﾟ、20m／冊、10冊入）		2
		合　計		

（付属書２）

梱包条件書

1　マーキング

梱包ケースの両サイドには、下記のマークをつけること。

(1)ケース・マーク（黒字）

Ｃ/Ｎｏ．（ケース番号）

(2)サイド・マーク(赤字)　不要

(3)CAUTION/CARE　MARK(TOP MARK 等)　必要に応じて貼付すること。

2　梱包条件

国内納品用梱包

以上